

『血糖自己測定器 コントアネクスト[®] Link2.4および専用試薬 コントアネクスト[®] センサーに関するお知らせ』

- ・日本メドトロニック株式会社製インスリンポンプ「ミニメド™770Gシステム」の発売に伴い、よくお問い合わせいただきご質問をまとめました。ご参考ください。

(Q1) コントアネクストLink2.4は、ミニメド770Gとの無線接続できますか？

(A1) コントアネクストLink2.4は、ミニメド770Gとの無線接続はできませんが、血糖測定器として引き続きご利用いただけます。

(Q2) コントアネクストLink2.4が販売終了に合わせて、コントアネクストセンサーも販売終了ですか？

(A2) コントアネクストLink2.4が販売終了となっても、コントアネクストセンサーの販売は継続いたします。

「ミニメド™770Gシステム」発売リリースの
詳細はこちら

「ミニメド™770Gシステム」の
詳細はこちら

販売名：メドトロニック ミニメド 700シリーズ / 承認番号：30300BZX00256000

下記製品については、日本メドトロニック株式会社がお取り扱いしています。

販売名	コントアネクスト Link2.4 (自己検査用グルコース測定器)
承認番号	22900BZX00035000
製造販売元	PHC株式会社



日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス

日本メドトロニック24時間サポートライン

0120-56-32-56

24時間365日 通話料無料

下記製品については、P H C 株式会社がお取り扱いしています。

販売名	コントアネクスト センサー (自己検査用グルコースキット)
承認番号	22900EZX00004000
製造販売元	PHC株式会社



P H C 株式会社 診断薬事業部

糖尿病検査 お問い合わせコーナー
製品に関するお問い合わせ先

0120-123-119

9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日、弊社休日を除く)

